



Departamento de Acción Sanitaria

Unidad Salud Ocupacional

Bueros, 555

Rancagua

Fono: 072 2 335646

Fax: 072 2 335348

DR.MSU / EU.SSY / CGC

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 5325**

Rancagua, **14 AGO 2014**

**VISTOS:**

La solicitud de autorización de cierre definitivo para la instalación radiactiva de segunda categoría, presentada por Don LUIS ROMERO STROOY, RUN N° [REDACTED], en representación de CLÍNICA DE SALUD INTEGRAL, RUN N° 78.918.290-6; lo dispuesto en el Art. 86 del D.F.L N° 725/68 que aprobó el "Código Sanitario", el D.S. N° 133/84 que aprueba el reglamento sobre "Autorizaciones para instalaciones radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes, personal que se desempeñe en ellas, u opere tales equipos y otras actividades afines", el D.S. N° 03/85 que aprueba el reglamento de "Protección radiológica de instalaciones radiactivas", el D.S. N° 136/05 del Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; el D.F.L. N° 1/05 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N° 2.763/79 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469; la resolución N° 1600/2008 de la Contraloría General de la República y el Decreto Supremo N° 53/14, del Ministerio de Salud; y

**CONSIDERANDO:**

Que se ha solicitado la autorización de cierre definitivo para la instalación radiactiva de segunda categoría, para uso de radio diagnóstico médico. Que fuera autorizado mediante Resolución N° 2717 de fecha 10 de Junio de 2010, que la Unidad de Salud Ocupacional ha evaluado la solicitud presentada, informando que ella cumple con lo dispuesto en la normativa sanitaria aplicable a la materia. Que, en mérito de lo expuesto, y de acuerdo con las facultades legales con las que obro, dicto la siguiente,

**RESOLUCIÓN:**

**1.- AUTORÍZASE EL CIERRE DEFINITIVO** de la instalación radiactiva de segunda categoría, propiedad de CLÍNICA DE SALUD INTEGRAL, RUN N° 78.918.290-6, representada por Don LUIS ROMERO STROOY, RUN N° [REDACTED] ubicada en Cáceres N° 645, interior Clínica Integral, comuna de Rancagua, en la que se utiliza equipo generador de radiaciones ionizantes: Equipo Rx Osteopulmonar, marca: SUMMIT SHF 330, modelo: M300, año de fabricación 2004, N° serie equipo: SMF330, comando: C13193, N° serie del tubo: OC 269, K.V.P. máx.: 125, mA máx.diseño: 300.

2.- **DE CONFORMIDAD** con lo dispuesto en el número precedente y el D.S. N° 133/84 del Ministerio de Salud, déjese sin efecto la Resolución N° 2717 de fecha 10 de Junio de 2010 emanada de esta Autoridad Sanitaria Regional.

**ANÓTESE Y NOTIFIQUESE**



**DR. FERNANDO ARENAS PINO  
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD  
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS**

Distribución:  
Interesado (2)  
Unidad Prestadores Médicos  
Unidad de Salud Ocupacional  
Of. de Partes SEREMI de Salud